

## 의약품 중 잔류용제 분석(직접주입법)

### 1. 분석 조건

Oven : 40℃ (10min 유지) – 승온 10℃/min – 200℃ (5min 유지)  
 Column : HP-5 (30m x 0.32mm x 1.0um)  
 Carrier gas : He, 2.0ml/min (Split ratio 10:1)  
 Injector : Capillary 230℃  
 Detector : FID 250℃

### 2. 분석 크로마토그램

